AsahiKASEI

血液透析濾過器

ABH®-LA Series

旭中空糸型血液透析濾過器ＡＢＨ－ＬＡ

- 生体適合性及び抗血栓性に優れています。
- アルブミンの漏出を抑えたタイプです。

旭化成メディカル株式会社

高度管理医療機器　血液透析濾過器
旭中空糸型血液透析濾過器ＡＢＨ－ＬＡ
承認番号　23000BZX00337000

ABH®-LA Series

旭中空糸型血液透析濾過器ＡＢＨ－ＬＡ

アルブミンの漏出を抑制したヘモダイアフィルター

性 能

銘柄	UFR (mL/mmHg/hr)	クリアランス (mL/min)			
		尿素	クレアチニン	リン酸	ビタミン B_{12}
ABH-13LA	64	194	195	178	131
ABH-15LA	71	197	197	184	143
ABH-18LA	82	198	198	189	150
ABH-22LA	96	199	199	192	162
ABH-26LA	110	200	200	196	171

●UFR 測定条件：牛血 (Ht=32±2%、TP=6.0±0.5g/dL、Q_B=200mL/min、Q_D=0mL/min)
●クリアランス測定条件：水系 (Q_B=200mL/min、Q_D=500mL/min、Q_F=0mL/min)

仕 様

銘柄	膜面積 (m^2)	血液容量 (mL)	容器寸法 (mm x mm φ)	最高使用圧力	滅菌法
ABH-13LA	1.3	81	334×38	66kPa (500mmHg)	γ線滅菌
ABH-15LA	1.5	92	334×41		
ABH-18LA	1.8	110	334×43		
ABH-22LA	2.2	131	334×47		
ABH-26LA	2.6	152	334×50		

●β_2-MG SC=0.84　Alb SC≦0.01
　SC 測定条件：牛血漿 (TP=6.0±0.5g/dL、Q_B=200mL/min、Q_F=30mL/min/m^2)
● ホローファイバー　材質：ポリスルホン　内径：200μm　膜厚：43μm
● ウェットタイプ

治療条件によっては、アルブミン等の蛋白質の損失量が多くなる可能性があるため、
患者さんの状態や血清アルブミン値を観察してください。

旭化成メディカル株式会社
〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-1-2　日比谷三井タワー
TEL: 03-6699-3771
www.asahikasei-medical.co.jp

FSC www.fsc.org ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C111730
non VOC ink eco UV
GOLD+ 環境保護印刷 P14-0180

No.2022.7-J-0499